

## ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

2023 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр

**Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвд** “Халдваргүйтгэлийн бодис, хог хаягдлын уут” нийлүүлэх аж ахуй нэгж байгууллагуудыг үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг **2023 оны 2 сарын 15-ны өдрийн 10 цагаас** өмнө **Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн төв байр, 305 тоот** хаягаар ирүүлнэ.

Сонирхсон этгээд бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Хаяг: **Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүргийн 3-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-49, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн зүүн хойд талд Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн төв байр**

Чанарын менежер, халдвар судлаач эмч Э.Чагцалдулам

Утасны дугаар: 70112857, 88098312

Цахим шуудангийн хаяг: [echaqtsaa@gmail.com](mailto:echaqtsaa@gmail.com)

Жич:

- Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
- Тусгай зөвшөөрөл
- Үнийн саналын хамт хавсарган ирүүлнэ үү.

**ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН БОДИС БОЛОН ХОГ ХАЯГДЛЫН УУТНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

<b>№</b>	<b>Барааны нэр</b>	<b>Хэмжих нэгж</b>	<b>Савлагаа</b>	<b>Тоо хэмжээ</b>	<b>Техникийн тодорхойлолт</b>
1	Энгийн хог хаягдлын жижиг уут	ш	-	12'000	Хар өнгөтэй, 60х50см /урт*өргөн/ хэмжээтэй, шингэн нэвчдэггүй, бат бөх, стандартын шаардлага хангасан байх
2	Энгийн хог хаягдлын том уут	Боодол	30 ширхэгтэй	70	Хар өнгөтэй, 80х60см /80*60*14,5/ хэмжээтэй, 2,5 микрон зузаантай, шингэн нэвчдэггүй, бат бөх, стандартын шаардлага хангасан байх
3	Халдвартай хог хаягдлын шар уут	ш	-	10'000	Шар өнгөтэй 60х50 см /урт*өргөн/ хэмжээтэй амархан цоорч гэмтэхгүй, шингэн нэвчдэггүй, бат бөх, биоаюулгүйн таних тэмдэг бүхий гурвалжин таних тэмдгийг уутны гадна талд байрлуулсан байх, нийлэг материалаар хийгдсэн 7 микроноос багагүй зузаантай уут байх, стандартын шаардлага хангасан байх
4	Аюултай хог хаягдлын хүрэн уут	ш	-	300	Хүрэн өнгөтэй 60х50 см /урт*өргөн/ хэмжээтэй амархан цоорч гэмтэхгүй, шингэн нэвчдэггүй, бат бөх, биоаюулгүйн таних тэмдэг бүхий гурвалжин таних тэмдгийг уутны гадна талд байрлуулсан байх, нийлэг материалаар хийгдсэн 7 микроноос багагүй зузаантай уут байх, стандартын шаардлага хангасан байх
5	Аюулгүйн хайрцаг	ш	2л	100	Халдвартай хурц үзүүртэй зүү устгах зориулалттай, биоаюулгүйн тэмдэглэгээтэй, шингэн нэвчдэггүй, цоорч гэмтдэггүй, таглаатай, зориулалтын зузаан цаасан материалтай байх “ЭНЭ ТҮВШНЭЭС ХЭТРҮҮЛЭН ДҮҮРГЭХИЙГ ХОРИГЛОНО” гэсэн анхааруулга бүхий хэвтээ шугам аюулгүйн хайрцагны гадна талын ¾ хэсэгт хэвлэгдсэн байх шаардлагатай.
6	Гар халдваргүйжүүлэгч	ш	500 мл	50	Спиртэн суурьтай гарын гель. Спиртийн агууламж 70-80% байна. Бактерь вирус, мөөгөнцөр устгана. Гарт харшил өгөхгүй. Нэг удаагийн даралтаар 3 мл гарах зориулалтын савлагаатай байх
7	Тохойн арьс салст халдваргүйжүүлэгч	ш	500 мл	250	Донорын тохойн нугалаасны арьсны халдваргүйтгэлд хэрэглэнэ. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын шинжилгээний дүгнэлттэй. Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн жилд эрүүл мэндийн байгууллагад ашиглах бодисын жагсаалтад орсон, бодис нь бүртгэлийн гэрчилгээтэй хэрэглэх арга зүйн заавартай, баталгаажуулсан байх
8	Давтан хэрэглэгдэх багажны халдваргүйтгэлийн бодис	ш	2л	10	Бага түвшиний халдваргүйжүүлэх, багаж дээрх цус, уургийг цэвэрлэх зориулалттай. Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн жилд эрүүл мэндийн байгууллагад ашиглах бодисын жагсаалтад орсон, хэрэглэх арга зүйн заавартай, баталгаажуулсан байх
9	Байнгын болон эцсийн халдваргүйтгэлийн бодис	ш	-	5	Байнгын болон эцсийн халдваргүйтгэлд хэрэглэгдэнэ. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын шинжилгээний дүгнэлттэй.